

Goiânia, 01 de julho de 2026.

FUNDAÇÃO PIO XII

COMPLEXO ONCOLÓGICO DE REFERÊNCIA DO ESTADO DE GOIÁS – CORA.

EDITAL Nº 0091/2026

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS, AQUISIÇÃO DE BENS E INSUMOS HOSPITALARES.

A **Fundação Pio XII**, Organização Social Civil (OSC) gestora do **Complexo Oncológico de Referência do Estado de Goiás - CORA** cujo CNPJ 49.150.352/0046-14, em Goiânia/GO, em razão do contrato de gestão referente ao **5º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 3/2022-SES/GO**, firmado com a **Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO)**, nos termos do seu Regulamento de Compras e Contratação de Serviços, torna público o interesse na **CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS, AQUISIÇÃO DE BENS E INSUMOS HOSPITALARES**.

Os interessados para participar da cotação deverão enviar as propostas no e-mail: jhuly.paula@cora.saude.go.gov.br

O prazo para cotação e/ou envio das propostas é do dia 01/07/2026 ao dia 30/07/2026.

ESPECIFICAÇÕES DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS, AQUISIÇÃO DE BENS E INSUMOS HOSPITALARES.: ANEXO I



Marco Aurélio dos Santos Leite
Engenheiro de Controle
e Automação
CREA-SP: 5070920048

Marco Aurélio dos Santos Leite
Engenheiro Clínico

Complexo Oncológico de Referência do Estado de Goiás – CORA.

ANEXO I

1) ESPECIFICAÇÕES DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS, AQUISIÇÃO DE BENS E INSUMOS HOSPITALARES:

Item:	Quantidade:	Descrição:
01	05	Unidade portátil de aquecimento utilizada para controle e manutenção da normotermia, por meio da distribuição de ar aquecido por convecção forçada. O equipamento deve ser leve, compacto e de fácil manuseio, incorporando filtro HEPA de alta eficiência, com capacidade de retenção de partículas de até 0,2 µm. Deve contar com, no mínimo, quatro faixas de temperatura pré-definidas (ex.: ambiente, 32°C, 38°C e 43°C), selecionáveis por interface digital, além de pelo menos dois níveis de velocidade para o fluxo de ar. Todas as configurações devem ser exibidas em painel de controle com visor que apresente informações operacionais, alertas e alarmes audiovisuais em caso de falhas ou desvios de temperatura. O sistema deve possuir sensores para monitoramento contínuo da temperatura do ar, instalados na saída do equipamento e na extremidade da mangueira, com acionamento automático de alarmes sonoros e visuais em caso de alterações fora dos parâmetros. É desejável que o nível de ruído seja reduzido, permitindo uso em ambientes sensíveis. O equipamento deve estar disponível na voltagem 220V ou ser bivolt automático. Modalidade de fornecimento: comodato, com garantia de manutenção preventiva e corretiva integral, por conta da empresa fornecedora, durante todo o período de vigência contratual. Deverá conter na proposta quantidade mínima de aquisição das mantas, por equipamento, ou seja, para

	cada equipamento em comodato, o cliente deverá fazer aquisição de x mantas.
--	---

2) DADOS NECESSÁRIOS NA PROPOSTA:

- Razão social, CNPJ, endereço completo, telefone e e-mail de contato;
- Validade da proposta (mínimo 30 dias);
- Condições de pagamento e entrega;
- Valor unitário e total dos itens/serviços;
- Marca/fabricante dos produtos, quando aplicável;
- Em caso de proposta eletrônica, apresentar assinatura digital ou confirmação de envio por representante autorizado.
- Enviar as certidões negativas municipais, estaduais e federais.

3) OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:

- Esta solicitação de cotação visa exclusivamente a composição de preço estimativo;
- O recebimento desta solicitação não implica obrigatoriedade de aquisição por parte da instituição;
- A cotação será utilizada para instrução de processo formal de aquisição, conforme o Regulamento de Compras;
- Para validação do processo, deverão ser obtidas no mínimo três propostas comerciais válidas, exceto nas exceções previstas em regulamento.
- A instituição poderá entrar em contato para esclarecimentos adicionais.